

**Konformitätserklärung**  
**Declaration of conformity**

**Hersteller / Manufacturer:** pfm medical mepro gmbh  
 Am Söterberg 4, 66620 Nonnweiler, Germany

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass  
 We declare under our sole responsibility that

**das Medizinprodukt** OP-Verbindungsschlauch  
**the medical device** OP-Suction Tubing

---

|             |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>REF:</b> | P05030001 | P05030002 | P05030003 | P05030004 | P05030005 | P05030006 | P05030007 |
|             | P05030008 | P05030009 | P05030010 | P05030011 | P05030012 | P05030013 | P05030014 |
|             | P05030015 | P05030016 | P05030017 | P05030018 | P05030019 | P05030020 |           |

---

**UMDNS Bezeichnung, (UMDNS Code)** Schlauch, Absaugung (16779)  
**UMDNS description, (UMDNS Code)** Tubing, Suction (16779)

**Risikoklasse / Risk Class; Regel / Rule** Is, 1  
 gem./acc. to MDD 93/42/EEC, Annex IX

die Anforderungen der RL für Medizinprodukte 93/42/EWG u. der Ergänzungs-RL 2007/47/EG erfüllt.  
 meets the requirements of the MDD 93/42/EEC as amended by Directive 2007/47/EC .

**Konformitätsbewertungsverfahren** gemäß der RL 93/42/EWG  
**Conformity assessment procedure** acc. to MDD 93/42/EEC

**Anhang / Annex** Anhang II ohne Abs. (4) / Annex II w/o section (4)

**Konformitätsbewertungsstelle** DEKRA Certification GmbH  
**Notified Body** Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart  
**Kennnummer / Identification Number** 0124

**Zertifikat Nr. / Certificate No.** 51133-16-04

**Datum / Date:** 09.09.2019  
**Gültig bis / Expiry date:** 26.05.2024

**Unterschrift / Signature:**

  
**pfm**medical  
 pfm medical mepro gmbh  
 Am Söterberg 4 · 66620 Nonnweiler  
 T +49 (0)6873 9011-0 · F -99  
 www.pfmmedical.com

i. V. Hartmut Simon  
 (Head of Quality Management)